

平成29年7月

## 「セルロプラスミン」 標準品値付け変更に伴うお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記項目の測定試薬の製造販売元(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)より、測定の際に使用する標準品の値付けを変更する旨の連絡を受けましたので、ご案内申し上げます。標準品の値付け変更に伴い、本年7月31日以降にお預かりした検体につきましては、測定値が高値化します。

なお、本変更は現行標準品の劣化(当社では当該ロットを本年4月21日受付分より使用)に伴う偽低値化に対処するための措置とのことであり、基準値等の検査要項に変更はございません。詳細につきましては、試薬製造販売元の資料に記載がございますので、弊社営業員にお申し付けください。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。 敬具


\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### ■対象項目

項目No.	検査項目名
03655	セルロプラスミン(Cp)

※項目No.・基準値等の検査要項に変更はございません。

### ■新旧試薬の相関



(社内検討データ)

### ■変更期日

平成29年7月31日(月)受付分より

以上

17-0710